



FASPLINT® Férula de vacío

DIRECTRICES DE APLICACIÓN

IMPORTANTE: Estas pautas de aplicación están destinadas únicamente como una guía para los procedimientos apropiados que se deben emplear cuando se usa la férula de vacío semi-desechable FASPLINT®. **SIEMPRE** debe seguir los protocolos establecidos por su director médico local. Estas pautas están dirigidas al personal médico de emergencia autorizado y debidamente capacitado que opera bajo la supervisión médica directa de un médico director médico autorizado.

El FASPLINT está diseñado para servir como un dispositivo de inmovilización por vacío semi-desechable. Proporciona soporte y estabilización sin que se aplique presión circunferencial al área lesionada. El FASPLINT debería funcionar bien para muchas aplicaciones de pacientes. La longevidad del producto dependerá del volumen de llamadas y del cuidado y mantenimiento del producto. Al igual que con todos los equipos médicos y de rescate, siempre debe verificar y verificar que el producto esté en condiciones de funcionamiento adecuadas al comienzo de cada turno y después de cada uso por parte del paciente antes de volver a poner el producto en servicio. Si tiene conocimiento de algún incidente grave relacionado con el uso del dispositivo, debe informar el incidente a Hartwell Medical y a la autoridad reguladora local de dispositivos médicos.

PREPARACIÓN

Asegúrese siempre de que los ABC básicos de las vías respiratorias, la respiración y la circulación estén intactos antes de cualquier actividad de entablillado. Tenga todo su equipo listo para usar. Esto incluye su fuente de evacuación (bomba manual o unidad de succión portátil) así como sus medios de sujeción (cinta, Kling®, etc.)

ENVOLTURA

Mantenga el apoyo del área lesionada y aplique la férula envolviendo el FASPLINT® alrededor del área lesionada para que la articulación de arriba y la articulación debajo del sitio de la lesión queden inmovilizadas. Palpe los pulsos distales y compruebe el llenado capilar antes de la aplicación. **Vea los pictogramas a la derecha.**

VÁLVULA ABIERTA

La válvula FASPLINT es una válvula simple tipo émbolo de empujar y tirar. Cuando se empuja el vástago de la válvula HACIA ADENTRO, la válvula está CERRADA. Cuando se saca el vástago de la válvula, la válvula está ABIERTA. Abra la válvula tirando del tubo de extensión de la válvula en ángulo recto donde se conecta al vástago rojo de la válvula.

EVACUAR AIRE

Con la válvula en la posición abierta, conecte su fuente de succión al FASPLINT®. Inserte la punta cónica de la manguera de la bomba FASPLINT en el tubo de extensión de la válvula en ángulo recto. Asegúrese de tener una buena conexión y que la válvula permanezca abierta. Evacúe el aire del FASPLINT hasta que la férula forme un yeso rígido alrededor del área lesionada. (Tenga en cuenta que hay disponible un adaptador de punta cónica que le permite utilizar una bomba manual EVAC-U-SPLINT® con FASPLINT. Llámenos para obtener más detalles).

CERRAR VALVULA


Una vez que se logre la firmeza deseada, cierre la válvula del FASPLINT®. **EMPUJE** el vástago de la válvula HACIA ADENTRO para CERRAR la válvula. Una vez cerrada la válvula, retire la fuente de succión. Vuelva a comprobar la firmeza del FASPLINT. Si, por alguna razón, el FASPLINT no conserva su forma rígida de soporte, vuelva a revisar la férula y evacúe el aire de la férula nuevamente asegurándose de cerrar bien la válvula. Si la férula aún no conserva su rigidez, retírela con cuidado y aplique una FASPLINT diferente del mismo tamaño o más grande u otro tipo de férula para estabilizar de manera segura el área lesionada.

SEGURO EN SU LUGAR

Mientras mantiene el soporte del FASPLINT, que ahora está evacuado, vuelva a verificar los pulsos distales y la circulación. Una vez que se hayan confirmado los pulsos distales y la circulación, puede asegurar el FASPLINT con cinta adhesiva u otros medios. Continúe monitoreando la circulación y las funciones sensoriales de camino al centro médico. **Además, continúe controlando la rigidez y la eficacia del FASPLINT durante el transporte.** Realice ajustes si cambia la condición del paciente. **SIEMPRE SIGA SUS PROTOCOLOS MÉDICOS LOCALES.**

ELIMINACIÓN


Retire el material de sujeción (cinta, Kling, etc.) antes de permitir que el aire vuelva a entrar en el FASPLINT®. **NO CORTE** la FASPLINT. Asegúrese de que todo el personal del hospital esté informado sobre estos procedimientos de extracción. Abra la válvula y permita que entre aire en la férula. Retire la férula.




ENVOLTURA



VÁLVULA ABIERTA



EVACUAR AIRE



CERRAR VALVULA



SEGURO EN SU LUGAR



FASPLINT® Férula de vacío

DIRECTRICES DE APLICACIÓN

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

La férula de vacío se limpia fácilmente con agua y jabón, un detergente suave o un limpiador / desinfectante comercial. **SIEMPRE** cierre la válvula antes de limpiar la férula. Se pueden usar soluciones de hipoclorito de sodio (lejía), pero evite la exposición prolongada de la tela a altas concentraciones de lejía porque es posible que se decolore. Una solución de lejía al 1-2% no dañará el material, pero **SIEMPRE** enjuague bien la férula después de limpiarla. Deje que la férula se seque al aire o con una toalla antes de colocar la férula de vacío FASPLINT® en su estuche de almacenamiento / transporte. Verifique la férula inicialmente para ver si tiene fugas y después de cada uso. Las pequeñas fugas o perforaciones de menos de 3,2mm de tamaño pueden repararse utilizando uno de los kits de reparación disponibles en nuestro sitio web.

Las reparaciones de campo temporales se pueden realizar usando un pequeño trozo de cinta adhesiva no porosa o cinta adhesiva sobre el sitio de la punción. Para orificios de más de 3,2mm o si tiene alguna pregunta sobre los procedimientos de reparación, comuníquese con nosotros directamente al **760-438-5500**.

HARTWELL MEDICAL WARRANTY

La férula de vacío FASPLINT® tiene una garantía limitada de 6 meses contra defectos de material y mano de obra. **RECUERDE ACTIVAR SU GARANTÍA COMPLETANDO UN FORMULARIO DE REGISTRO DE PRODUCTO DISPONIBLE EN NUESTRO SITIO WEB** (www.HartwellMedical.com). Si necesita servicio bajo los términos de esta garantía, comuníquese con su distribuidor local de Hartwell Medical o con el Servicio al cliente de Hartwell Medical al 760-438-5500 durante el horario laboral normal. Hartwell Medical LLC no acepta ninguna responsabilidad por el uso que no sea el establecido en este documento.

ALMACENAMIENTO

Siempre inspeccione el producto en busca de daños antes de almacenarlo. Esto ayudará a garantizar que la férula de vacío FASPLINT® esté siempre lista para usarse en condiciones de emergencia. El colchón debe almacenarse en un área que esté por encima del punto de congelación (0 ° C). La férula se puede usar en ambientes bajo cero, hasta -34 ° C, **pero no debe almacenarse en un área donde la temperatura esté por debajo del punto de congelación**. Si tiene alguna duda, lleve el producto a una temperatura superior al punto de congelación antes de usarlo en el campo.

DOCUMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN

Todas las personas que vayan a usar u operar la férula de vacío FASPLINT® deben participar activamente en la capacitación inicial y en todas las sesiones de actualización posteriores. Esto asegurará una comprensión clara de la función y las capacidades de la férula de vacío FASPLINT. Debe utilizar el proceso de capacitación que ha sido aprobado por su organización y está de acuerdo con las pautas de su director médico. Los elementos importantes para documentar deben ser la fecha de la capacitación, los nombres de los asistentes, el nombre y el cargo del instructor y la ubicación de la capacitación.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Se requiere inspección y mantenimiento de rutina para mantener la férula de vacío FASPLINT® lista para su uso inmediato. Si, en cualquier momento, se sospecha que la férula de vacío FASPLINT no funciona correctamente, debe ponerse fuera de servicio hasta que pueda ser inspeccionada a fondo y reparada o reemplazada adecuadamente. Como parte de su programa de mantenimiento preventivo, debe mantener un registro escrito de cualquier mantenimiento realizado en la férula de vacío FASPLINT.

HARTWELL MEDICAL



Hartwell Medical LLC
6354 Corte del Abeto, Suite F
Carlsbad, CA 92011 USA
PH: (760) 438-5500 FX: (760) 438-2783
www.HartwellMedical.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

